

Herstellerprüfzertifikat

Produkt Product
Bestellcode Order code
Erweiterter Bestellcode Extended order code
Seriennummer Serial number

Das Produkt wurde unter Beachtung aller technischen Regeln mit der größten Sorgfalt gefertigt. Die jeweils verwendeten Materialien unterstehen laufender Qualitätssicherung. Vor Auslieferung an den Kunden durchläuft jedes einzelne Produkt einen ausgiebigen Test auf einem computergestützten Prüfstand, dessen wesentliche Ergebnisse nachstehend wiedergegeben sind.

Sollte dennoch ein Fehler auftreten, senden Sie bitte das Produkt an Ihr Endress+Hauser Vertriebsbüro.

Manufacturer's certificate

Liquiline M CM42
CM42-MAB100EAE00

WB049005G00

Your product has been manufactured with the greatest care and in accordance to all recommended technical regulations. The materials used are subject to continuous quality control. Before leaving our factory, each individual sensor has passed a stringent test on our computerized inspection station and the pertinent results are printed on the certificate below.

If, despite our efforts, a fault occurs, please return this product to your Endress+Hauser sales center.

Art der Prüfung	Type of check	Prüfergebnis	Test result
Sicherheitsprüfung	Safety test	bestanden	passed
Isolationsprüfung	Isolation test	bestanden	passed
Tastatur	Keyboard	bestanden	passed
Display-Anzeige	Display test	bestanden	passed
LED	LED	bestanden	passed
Kommunikation Serviceschnittstelle	Communication service interface	bestanden	passed
Messwertüberprüfung	Test of measured value	bestanden	passed
Feldbuskommunikation	Fieldbus communication	bestanden	passed

Endress+Hauser Conducta
Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH+Co. KG
Dieselstraße 24, 70839 Gerlingen, Germany

Date of production
Gerlingen, 2024-11-12

Dieses Zertifikat wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated electronically and is valid without signature.

Zertifikats-Nr. | Certificate-no.
WB049005G00_P FCC_A2_71499782.pdf